Catalyst Cortisol-Test

Ergebnisspezifische Interpretationskommentare freischalten

Die mit dem Catalyst™ Cortisol-Test bereitgestellten Interpretationskommentare können Ihnen beim Bestimmen der optimalen nächsten Schritte für Ihren Patienten helfen. Um das Bestmögliche aus diesen wichtigen Informationen herauszuholen, sollten Sie sich diese Fragen stellen und dann die folgenden Schritte abarbeiten:



+ **Führen Sie bei demselben Patienten mehrere Cortisol-Tests durch?** Falls ja und wenn Sie bereits einen initialen Cortisol-Test durchgeführt haben, sollten Sie den unten stehenden Anleitungen **für zusätzliche Tests** folgen, um sicherzustellen, dass jedes quantitative Ergebnis sequenziell gruppiert wird, sodass Sie auf die **umfassenden Interpretationskommentare zugreifen können**.
+ **Haben Sie die Protokollinformationen eingegeben?** Zum Erhalt ergebnisspezifischer Interpretationskommentare müssen Sie das ordnungsgemäße Protokoll und den richtigen Protokollschritt für den Patientenlauf auswählen. Stellen Sie sicher, dass Sie die unten aufgeführten gerätespezifischen Arbeitsabläufe ausführen:

	Für initiale Cortisol-Tests	Für zusätzliche Tests/mehrstufige Cortisol-Tests
Catalyst One™ Blutchemie-Analysegerät	Initiieren Sie den Durchlauf auf der IDEXX VetLab™ Station. Tippen Sie im Bildschirm „Laborgeräte anwählen“ auf **Catalyst One** und anschließend auf **Cortisol**. Wählen Sie das gewünschte Protokoll und die zugehörigen zusätzlichen Protokollschritte aus, tippen Sie auf **Speichern** und anschließend auf **Durchführen**.	Alle während der Verarbeitung des initialen Tests ausgewählten Protokollschritte werden auf der Startseite der IDEXX VetLab Station in der Liste „In Bearbeitung“ angezeigt. Wenn die Verarbeitung der nächsten Probe bevorsteht, tippen Sie auf den nächsten verfügbaren Test in der Liste, dann auf **In der Warteschlange** und anschließend auf **Lauf starten**.
Catalyst Dx™ Blutchemie-Analysegerät	Initiieren Sie den Testlauf wie gewohnt auf Ihrer IDEXX VetLab Station. Geben Sie am Ende des Testlaufs bei entsprechender Aufforderung das Protokoll und den Protokollschritt an und tippen Sie dann auf **Übermitteln**. **Hinweis:** Wenn Sie das Protokoll/den Protokollschritt später eingeben möchten, tippen Sie in der Liste „In Bearbeitung“ auf den Eintrag für den Patienten, tippen Sie dann auf **Details hinzufügen** und wählen Sie die Protokollinformationen des Patienten aus.	Wenn Sie sicherstellen möchten, dass zusätzliche Ergebnisse in Gruppen mit dem ersten Ergebnis angezeigt werden und dass Sie Interpretationskommentare erhalten, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Suchen Sie auf der IDEXX VetLab Station nach dem initialen Cortisol-Ergebnis des Patienten **ODER** wählen Sie den betreffenden Patienten auf der Startseite in der Liste „Ausstehend“ aus. 2. Tippen Sie auf **Test hinzufügen** und anschließend auf **Ergebnisse anfügen**. 3. Wählen Sie im Bildschirm „Laborgeräte anwählen“ die Option **Catalyst Dx** aus. 4. Wenn Sie am Ende des Durchlaufs zum Hinzufügen der Protokollinformationen des Durchlaufs aufgefordert werden, wählen Sie diese aus und tippen Sie dann auf **Übermitteln**.

WICHTIG: Wenn sie über ein Catalyst One- und ein Catalyst Dx-Analysegerät verfügen und die Trends der Cortisol-Ergebnisse der Patienten darstellen und/oder zusätzliche Tests/mehrstufige Cortisol-Tests durchführen möchten, empfiehlt IDEXX, alle Cortisol-Tests auf demselben Analysegerät mit dem gleichen Probetyp auszuführen.

Anzeigen der quantitativen Ergebnisse und der Interpretationskommentare

Tippen Sie unten links auf der IDEXX VetLab Station auf die Nachricht, die angibt, dass die Ergebnisse des Patienten vorliegen. Wenn im Rahmen des mehrstufigen Cortisol-Tests zusätzliche Tests hinzugefügt werden, erscheinen die Ergebnisse in absteigender Reihenfolge – vom zuletzt durchgeführten Test (oben) bis zum initialen Test (unten); die umfassenden Interpretationskommentare werden zusammen mit den neuesten Ergebnissen angezeigt.

© 2025 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. • 06-0041429-01
Alle ®/TM-Marken sind Eigentum von IDEXX Laboratories, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.