Häufig gestellte Fragen zum SNAP FIV/FeLV Combo

Was ist der SNAP FIV/FeLV Combo?
Der SNAP™ FIV/FeLV Combo dient dem Screening von Katzen auf Antikörper gegen das Feline Immundefizienz-Virus (FIV) und Antigen des Felinen Leukämievirus (FeLV). Mit diesem Test auf zwei Infektionskrankheiten steht ein verbessertes Tool für eine umfassendere medizinische Versorgung von Katzen zur Verfügung.

Wie sind die Ergebnisse des SNAP FIV/FeLV Combo zu interpretieren?
+ **FIV:** Ein positives Testergebnis deutet darauf hin, dass eine nicht geimpfte Katze im Alter von über 6 Monaten zirkulierende FIV-Antikörper aufweist und daher wahrscheinlich infiziert ist.
+ **FeLV:** Dieser Schnelltest weist das FeLV-p27-Antigen nach. Der Nachweis ist diagnostisch für eine FeLV-Infektion.

Kann der Test bei Kitten angewendet werden?
Ist eine Katze unter 6 Monaten FIV-negativ, ist eine Infektion unwahrscheinlich. Bei Kitten, die von infizierten Muttertieren geboren wurden, kann der Test auf Antikörper positiv sein. Wenn Kitten vor dem 6. Lebensmonat getestet wurden und positiv sind, sollte in Abständen von 60 Tagen erneut ein FIV-Antikörpertest oder eine FIV RealPCR™ durchgeführt werden. Sofern Tests, die nach dem 6. Lebensmonat durchgeführt werden, weiterhin positiv ausfallen, sind diese Katzen als infiziert zu betrachten.

Gemäß den Feline VMA Retrovirus Testing and Management Guidelines von 2020 können Kitten in „jedem Alter" auf FeLV getestet werden. Katzen können in jedem Alter positiv getestet werden. Diese Ergebnisse sollten durch weitere Untersuchungen abgeklärt werden; siehe Diagnostischer Leitfaden FeLV. Besteht der Verdacht auf eine kürzlich erfolgte Exposition, sollten Katzen mit negativen Ergebnissen frühestens 30 Tage nach der Exposition erneut getestet werden, damit das FeLV-Antigen nachweisbare Konzentrationen erreichen kann. Es ist möglich, dass sich Kitten bereits in utero mit FeLV infizieren. In diesen Fällen lässt sich nicht feststellen, wann die Exposition stattfand. Deshalb empfehlen wir dennoch, den Test frühestens 30 Tage nach der Geburt durchzuführen, damit das Antigen nachweisbare Konzentrationen erreicht hat.[1]

Welches Probenmaterial kann für den SNAP FIV/FeLV Combo verwendet werden?
Es können Serum, Plasma oder antikoaguliertes Vollblut (z. B. EDTA, Heparin) verwendet werden, das entweder frisch ist oder bis zu einer Woche bei 2–8 °C gelagert wurde.

Ich habe den SNAP FIV/FeLV Combo-Test durchgeführt und an einem Punkt ein schwach positives Ergebnis erhalten. Hat die Farbintensität des Punktes eine Bedeutung?
Jede Farbentwicklung an einem der Probenpunkte weist auf ein positives Ergebnis hin.

Wie viele Tropfen der Proben und des Konjugats werden jeweils zur Durchführung des SNAP FIV/FeLV Combo benötigt?
Für den SNAP FIV/FeLV Combo werden 3 Tropfen Probe und 4 Tropfen Konjugat benötigt.

Ich habe das falsche Verhältnis von Konjugat und Probe verwendet. Kann ich mich auf die erhaltenen Ergebnisse verlassen?
Wir empfehlen eine erneute Durchführung des Tests mit dem exakten Verhältnis von Konjugat und Probe, wie in der Packungsbeilage angegeben – 3 Tropfen Probe und 4 Tropfen Konjugat.

Welche Ablesezeit gilt für den SNAP FIV/FeLV Combo und wie streng muss diese eingehalten werden?
Das Testergebnis muss 10 Minuten nach Aktivierung des Tests abgelesen werden. Der Test enthält keine Stopplösung. Daher kann es nach mehr als 10 Minuten zu einer Farbentwicklung kommen, die nicht auf die Probe zurückzuführen ist. Ergebnisse, die nach einem Zeitraum von mehr als 10 Minuten abgelesen werden, sollten nicht mehr berücksichtigt werden.

Wie muss der SNAP FIV/FeLV Combo gelagert werden?
+ Bis zum Verfallsdatum sollten die Kits bei 2–8 °C gelagert werden.
+ Alle Komponenten müssen vor der Durchführung des Tests auf Raumtemperatur (18–25 °C) gebracht werden. Lassen Sie dazu den Test 30 Minuten lang bei Raumtemperatur stehen. Nicht erhitzen.

Wie lange kann der SNAP FIV/FeLV Combo bei Raumtemperatur aufbewahrt werden?
Der SNAP FIV/FeLV Combo kann 14 Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt werden, solange er nicht aus seiner Folienverpackung entnommen wird. Das Produkt muss nach Ablauf der 14 Stunden wieder in den Kühlschrank zurückgelegt werden und darf maximal 30 Mal auf Raumtemperatur gebracht werden.

Mein SNAP FIV/FeLV Combo befindet sich seit einem Tag nicht mehr in der Folienpackung. Kann ich ihn noch verwenden?
Der SNAP FIV/FeLV Combo muss, wie alle anderen SNAP-Tests auch, innerhalb von 2 Stunden nach Entnahme aus der Folienverpackung verwendet werden.

Kann mein SNAPshot Dx Analysegerät den SNAP FIV/FeLV Combo auslesen?
Nein, das SNAPshot Dx™ Analysegerät kann den SNAP FIV/FeLV Combo nicht auslesen.

Kann das SNAP Pro Analysegerät den SNAP FIV/FeLV Combo auslesen?
Ja, das SNAP Pro™ Analysegerät kann den SNAP FIV/FeLV Combo auslesen.

Literatur

1. Little S, Levy J, Hartmann K, et al. 2020 AAFP Feline Retrovirus Testing and Management Guidelines. *J Feline Med Surg.* 2020;22(1):5–30. doi:10.1177/1098612X19895940

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. • 09-2692842-00 • Die Datenschutzrichtlinie von IDEXX finden Sie unter idexx.com.
Alle ®/TM-Marken sind Eigentum von IDEXX Laboratories, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

IDEXX GmbH
Humboldtstr. 2
70806 Kornwestheim
idexx.de

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Börsegasse 12/1
1010 Wien
idexx.at

IDEXX Diavet AG
Schlyffistr. 10
8806 Bäch
idexx.ch